調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
回路計 ＪＭＵ－Ｑ５－Ｃ		ＧＳ－Ｃ３３３９３９Ｇ	
		作　　成	平成　９年１２月　４日
		変　　更	平成　２３年　４月２２日
		作成部隊等名	補給統制本部　通信電子部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊等において使用する市販品の回路計について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１（以下，“一般共仕”という。）による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログ等によって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１　陸上自衛隊電子機器共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　製品の表示

製品の表示は，原則としてＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１（以下，“電子共仕”という。）の 2.5 及び一般共仕の 2.3 による。ただし，銘板の品名を変更する場合は，調達要領指定書による。

なお，銘板は，本体に取り付けるものとする。

4　品質保証

4.1　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，　特に調達要領指定書によって指定する場合を除き**一般共仕**の 4.2.3 によるものとし，個装及び内装の表示は，識別可能な商慣習による。

6　その他の指示

6.1　取扱説明書

取扱説明書は，**電子共仕**の 5.1 a)による。

6.2　試験成績書

試験成績書は，**電子共仕**の箇条 7 による。

6.3　納入書類

納入書類は，**電子共仕**の**表** 1 番号 1 a)によるものとし，数量は，調達要領指定書による。

6.4　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，**一般共仕**の 8.3 による。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	ＧＳ－Ｃ３３３９３９Ｇ
調達要求年月日		作成年月日	平成２３年　４月２２日
物品番号等	－	作成部隊等名	補給統制本部　通信電子部

1　調達品目

品　名	数量	カタログ製品名 a)
回路計 ＪＭＵ－Ｑ５－Ｃ	1	アジレント・テクノロジー(株)　Ｕ１２５１Ｂ (株)ＴＦＦ　フルーク社　Ｆｌｕｋｅ２８７ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。		

2　機能・性能

機能及び性能は、次による。

a)　直流電圧　1 mV～1 000 V 以上，基本確度　±0.03 %

b)　交流電圧　1 mV～750 V 以上，基本確度　±0.6 %

c)　直流電流　1 μA～10 A 以上

d)　交流電流　1 μA～10 A 以上

e)　抵抗　　1 Ω～20 MΩ以上

f)　形状　　ハンドヘルド型

g)　衝撃・振動　MIL-T-PRF28800 クラスⅡ又は，IEC／EN 60068-2 に準拠

3　附属品

番号	品　　名	数量	備　考
1	収納箱	1 a)	防滴タイプ （本体及び高圧プローブ収納用）
2	高圧プローブ	1 a)	30 kV 34136A　アジレント・テクノロジー(株) 80K-40　(株)ＴＦＦ　フルーク社
3	取扱説明書	1	―――――
4	試験成績書	1	品質保証書で代用できるものとする。
注記　数量は，標準添付品を含むものとする。 **注** a)　規定の数量と異なる場合は，調達要領指定書による。			